

Запрос ценовых предложений № 47 изделия медицинского назначения на 2019 год

КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области объявляет начале проведения закупа способом запроса ценовых предложений (далее – ценовой закуп) по закупкам следующих товаров (лекарственных средств):
Лоты: изделия медицинского назначения.

Адрес Заказчика: г. Атырау, ул. Владимирского, 98;

Товар(ы) должны поставляться в аптеку КГП на ПХВ Атырауской областной больницы по адресу г. Атырау, ул. Владимирского, 98;

График поставок: в течении 20 (двадцати) календарных дней после получения заявки от Заказчика;

Условия поставок на условиях ИНКОТЕРМС 2010: DDP;

Место представления (приема) документов: г. Атырау, ул. Владимирского, 98, здание КГП на ПХВ «Атырауской областной больницы» Управления здравоохранения Атырауской области, Отдел по государственным закупкам;

Срок подачи ценовых предложений: с 20 августа по 27 августа 2019 г. в 10.00 ч. включительно;
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 27 августа 2019 г., в 11.00 ч., в кабинете Отдела по государственным закупкам КГП на ПХВ «Атырауской областной больницы» Управления здравоохранения Атырауской области.

№	Наименование ИМН	Техническая характеристика	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Портативный коагулометр для определения МНО CoaguChek Xs	Компактный, удобный в использовании и точный прибор, предназначенный для пациентов, проходящим терапию оральным антикоагулянтам и вынужденными регулярно проверять значение их МНО (протромбинового времени). Позволяет самостоятельно контролировать прием антикоагулянтов, исключает отклонения результатов в разных лабораториях, вызванные использованием различного оборудования, реагентов и контрольных материалов. Делает пациента независимым от лаборатории. Диапазоны измерения: для МНО – от 0,8 до 0,8; для протромбинового времени в секундах – от 9,6 до 96 секунд, для протромбинового времени в процентах по Квику – от 120 до 5 %. Работает от батареек (Тип ААА). Память на 100 результатов , включая дату и время тестов, возможность	шт	1	446 250	446 250

		передачи данных через инфракрасный порт. Принцип измерения: рефлексивная фотометрия. Источник энергии: 4*1,5 В батареи типа ААА. Размеры:138*78*28 мм. Вес:127 гр.				
2	Тест-полоски «Коагучек XS тест» №24. «CoaguChek Xs tests»	Тест-полоски «Коагучек XS тест» №24. CoaguChek Xs tests.	уп	11	62 787	690 657
3	Контрольный раствор «Коагучек Экс» «CoaguChek Xs Control»	Контрольный раствор «Коагучек Экс» «CoaguChek Xs Control»	наб	1	3 499	3 499
	Всего:					1 140 406