

Запрос ценовых предложений №53

изделия медицинского назначения на 2021 год.

КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области объявляет о начале проведения закупа способом запроса ценовых предложений (далее – ценовой закуп) по закупкам следующих товаров (изделий медицинского назначения):

Лоты: изделия медицинского назначения.

Адрес Заказчика: город Атырау, улица Владимирского, 98;

Товар(ы) должны поставляться в аптеку КГП на ПХВ Атырауской областной больницы по адресу: г. Атырау, ул. Владимирского, 98;

График поставок: в течении 20 (двадцати) календарных дней (по заявке Заказчика).

Условия поставок на условиях ИНКОТЕРМС 2010: DDP;

Место представления (приема) документов: г. Атырау, ул. Владимирского, 98, здание КГП на ПХВ «Атырауской областной больницы» Управления здравоохранения Атырауской области, кабинет Отдела государственных закупок;

Срок подачи ценовых предложений: с 06 августа по 13 августа 2021 года до 10:00 ч. включительно;

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 13 августа 2021 года, в 11:00 часов, в кабинете Отдела по государственным закупкам КГП на ПХВ «Атырауской областной больницы» Управления здравоохранения Атырауской области.

№	Наименование ИМН	Техническая спецификация	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Увлажнитель кислорода	Интенсивность подачи кислорода от 1 до 15 литров в минуту; Входное давление/давление на выходе от 0,20 до 0,30 мегапаскалей; Максимальное рабочее давление утечка газа составляет не более 10мл/1 мин; Объем емкости для ждкости: максимальный уровень жидкости- 90±5мл, минимальный уровень-50±5мл.; Относительная влажность кислорода на выходе не менее 85%; Подключение: в кислородный клапан стандарт DIN; Соединение для выхода кислорода: в виде елочки для шланга проходным диаметром 7,5-8,5 мм подключения кислородной маски или оборудования; Размеры штуцера для шланга: внутренний диаметр от 7,5 до 8,5 мл. Увлажнитель предназначен для предупреждения сухости дыхательных путей при вдыхании кислорода путем добавления водяного пара к сухому газу при его прохождении через воду, а так же для регулирования и индикации потока кислорода. Увлажнитель используется для повышения содержания влаги в кислороде, подаваемом пациенту, поскольку медицинский газ	штука	50	58 500	2 925 000

		<p>не имеет достаточной влажности и может привести к раздражению дыхательного тракта или способствовать высушиванию секрета пациентов.</p> <p>Срок гарантии: 12 месяцев.</p> <p>Срок поставки: в течении 7 календарных дней (в наличии).</p> <p>Поставщик лично должен поставить товар по месту поставки.</p>				
Итого:		2 925 000				