

## Протокол №47

Об итогах закупа медицинских изделий и лекарственных средств путем запроса ценовых предложений.

г. Атырау

«07» октября 2022 года.

04 октября 2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: г.Атырау ул. Владимирского, 98, произвела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие по закупку медицинских изделий и лекарственных средств.

**Заказчик:** КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области, г. Атырау, ул. Владимирского,98

**Организатор закупки:** КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области.

### 1.Наименование, краткое описание и количество закупаемых медицинских изделий и лекарственных средств:

№	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
<i>Лекарственные средства</i>						
1	Бупивакаин	Раствор для инъекций, 5мг/мл, 10 мл	ампула	1000	365,27	365 270
<i>Медицинские изделия</i>						
2	Зонд Шалькова для интубации кишечника	Интубационный зонд Шалькова, длина 2,5-3м (зонд силиконовый для декомпрессии ЖКТ ЗТДСУ №24,30). Размер по согласованию с Заказчиком.	штука	10	21 000	210 000
3	Удлинитель (соединитель) дыхательного контура с удлиняющийся (растяжимый) переходником 15 см с двойным вращающимся коннектором, 22М/15F коннектором 22F, с портом для бронхоскопа	Удлинитель (соединитель) дыхательного контура с удлиняющийся (растяжимый) переходником 15 см с двойным вращающимся коннектором, 22М/15F, коннектором 22F, с портом для бронхоскопа. <b>Технические характеристики:</b> - трубка гофрированная удлиняемая – 15 см - двух поворотный коннектор вращающийся на 360 - коннектор для пациента 22М/15F - вентиляционный коннектор 22 F - колпачок синего света -Удлинитель дыхательного контура 15 см. -Изготовлен из Полипропилена. <b>Область применения:</b> Используется как соединитель между дыхательным контуром и трахеальной трубкой для снижения вероятности смещения трубки при движении контура. <b>Способ применения:</b>	штука	1000	1286	1 286 000

		<p>1.Если применяете гибкий соединитель в вентиляции дыхания, то подсоедините его к системе через Y образные переходник.</p> <p>2.При использовании гибкого соединителя совместно с бактериальными и НМЕ фильтрами, для соединения используйте 22F или 22M/15F.</p> <p>3. С помощью гибкого соединителя вы можете осуществить соединение маски или интубационной трубки.</p> <p>Примечание: Не допускайте сгибов и изломов шланга</p> <p>Держатель катетера является продукцией одноразового использования.</p> <p>Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 150шт</p> <p>Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления</p>				
4	Дилятационный баллонный катетер	<p>LitePac RX Дилятационный баллонный катетер для ЧТА. Предназначен для расширения стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренных, подколенной, коленной и почечной артериях и для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Баллон можно использовать в сонных артериях</p> <p>Система быстрой смены проводника (порт RX). Баллон цилиндрической формы. Баллон выполнен из нейлона. Количество складок на баллоне, не менее – 2. Возможность инфляции баллона без проводника. Быстрая дефляция баллона.</p> <p>Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения.</p> <p>Гидрофобное покрытие баллона. Комплаенсность минимальная. Увеличение диаметра баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва, не более - 8%.</p> <p>Диаметр баллона, не менее - 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 5; 5,5; 6; 7мм</p> <p>Длина баллона, не менее - 15; 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150; 220 мм. Номинальное давление, не менее - 6 атм.</p> <p>Расчетное давление разрыва, не менее – 12,13,14,15,16 атм.</p> <p>Длина катетера, не менее – 150, 155см.</p> <p>Количество рентгеноконтрастных маркеров, не менее – 2.</p> <p>Совместимый проводник, не более – 0,014 дюйм</p> <p>Совместимость с интродьюсером, не более – 4,5F</p>	штука	10	101 500	1 015 000
	<b>Итого:</b>					<b>2 876 270,00</b>

2. Следующие потенциальные поставщики представили свои ценовые предложения по лотам, до истечения окончательного срока представления до 10:00 часов местного времени 04 октября 2022 года:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Местонахождение потенциального поставщика	Дата и время предоставления заявки на участие в закупе
1	ТОО «Новомед КЗ»	г.Нур-Султан, район «Есиль», ул. Бокейхан, 27/1, НП-1	30.09.2022 г. 11 часов 30 минут
2	ТОО «Terraneola Medical Solutions»	г.Астана, ул.С.Сейфуллина, 2/2, офис 1	30.09.2022 г. 15 часов 00 минут
3	ТОО «SM Global.kz»	г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Коктем-2, дом №2, кв.38	03.10.2022 г. 12 часов 40 минут
4	ТОО «SUNMEDICA» (САНМЕДИКА)	г.Алматы, ул.Кунаева 21Б, офис 75	03.10.2022 г. 13 часов 00 минут
5	ТОО «ФАРМАКС-2»	г.Костанай, пр.Аль-Фараби, д.111 «А», 332	03.10.2022 г. 16 часов 35 минут

3. Предоставленные заявки на участие в закупе запроса ценовых предложений:

- ТОО «Новомед КЗ» по лоту №3 до истечения окончательного срока предоставил свое ценовое предложение:

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма	ТОО «Новомед КЗ»
3	Удлинитель (соединитель) дыхательного контура с удлиняющийся (растяжимый) переходником 15 см с двойным вращающимся коннектором, 22М/15F, с портом для бронхоскопа	<p>Удлинитель (соединитель) дыхательного контура с удлиняющийся (растяжимый) переходником 15 см с двойным вращающимся коннектором, 22М/15F, с портом для бронхоскопа.</p> <p><b>Технические характеристики:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- трубка гофрированная удлиняемая – 15 см</li> <li>- двух поворотный коннектор вращающийся на 360</li> <li>- коннектор для пациента 22М/15F</li> <li>- вентиляционный коннектор 22 F</li> <li>- колпачок синего света</li> </ul> <p>-Удлинитель дыхательного контура 15 см. -Изготовлен из Полипропилена.</p> <p><b>Область применения:</b> Используется как соединитель между дыхательным контуром и трахеальной трубкой для снижения вероятности смещения трубки при движении контура.</p> <p><b>Способ применения:</b></p>	штука	1000	1286	1 286 000	800

	<p>1.Если применяете гибкий соединитель в вентиляции дыхания, то подсоедините его к системе через Y образные переходник.</p> <p>2.При использовании гибкого соединителя совместно с бактериальными и НМЕ фильтрами, для соединения используйте 22F или 22M/15F.</p> <p>3. С помощью гибкого соединителя вы можете осуществить соединение маски или интубационной трубки.</p> <p>Примечание: Не допускайте сгибов и изломов шланга</p> <p>Держатель катетера является продукцией одноразового использования.</p> <p>Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 150шт</p> <p>Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления</p>					
--	--	--	--	--	--	--

- ТОО «Terraneola Medical Solutions» по лоту №4 до истечения окончательного срока предоставил свое ценовое предложение:

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма	ТОО «Terraneola Medical Solutions»
4	Дилятационный баллонный катетер	<p>LitePac RX Дилятационный баллонный катетер для ЧТА. Предназначен для расширения стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренных, подколенной, коленной и почечной артериях и для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Баллон можно использовать в сонных артериях Система быстрой смены проводника (порт RX). Баллон цилиндрической формы. Баллон выполнен из нейлона. Количество складок на баллоне, не менее – 2. Возможность инфляции баллона без проводника. Быстрая дефляция баллона. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения.</p> <p>Гидрофобное покрытие баллона. Комплаенсность минимальная. Увеличение диаметра баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва, не более - 8%.</p> <p>Диаметр баллона, не менее - 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 5; 5,5; 6; 7мм</p> <p>Длина баллона, не менее - 15; 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150; 220 мм. Номинальное давление, не менее - 6 атм.</p> <p>Расчетное давление разрыва, не менее – 12,13,14,15,16 атм.</p>	штука	10	101 500	1 015 000	101 500

		Длина катетера, не менее – 150, 155см. Количество рентгеноконтрастных маркеров, не менее – 2. Совместимый проводник, не более – 0,014 дюйм Совместимость с интродьюсером, не более – 4,5F					
--	--	--	--	--	--	--	--

- ТОО «SM Global.kz» по лоту №3 до истечения окончательного срока предоставил свое ценовое предложение:

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма	ТОО «SM Global.kz»
3	Удлинитель (соединитель) дыхательного контура с удлиняющийся (растяжимый) переходником 15 см с двойным вращающимся коннектором, 22М/15F, коннектором 22F, с портом для бронхоскопа	<p>Удлинитель (соединитель) дыхательного контура с удлиняющийся (растяжимый) переходником 15 см с двойным вращающимся коннектором, 22М/15F, коннектором 22F, с портом для бронхоскопа.</p> <p><b><u>Технические характеристики:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- трубка гофрированная удлиняемая – 15 см</li> <li>- двух поворотный коннектор вращающийся на 360</li> <li>- коннектор для пациента 22М/15F</li> <li>- вентиляционный коннектор 22 F</li> <li>- колпачок синего света</li> </ul> <p>-Удлинитель дыхательного контура 15 см. -Изготовлен из Полипропилена.</p> <p><b><u>Область применения:</u></b></p> <p>Используется как соединитель между дыхательным контуром и трахеальной трубкой для снижения вероятности смещения трубки при движении контура.</p> <p><b><u>Способ применения:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Если применяете гибкий соединитель в вентиляции дыхания, то подсоедините его к системе через Y образные переходник.</li> <li>2.При использовании гибкого соединителя совместно с бактериальными и НМЕ фильтрами, для соединения используйте 22F или 22М/15F.</li> <li>3. С помощью гибкого соединителя вы можете осуществить соединение маски или интубационной трубки.</li> </ol> <p>Примечание: Не допускайте сгибов и изломов шланга Держатель катетера является продукцией одноразового использования. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 150шт</p>	штука	1000	1286	1 286 000	693

		Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления					
--	--	---	--	--	--	--	--

- ТОО «SUNMEDICA» (САНМЕДИКА) по лоту №3 до истечения окончательного срока предоставил свое ценовое предложение:

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма	ТОО «SUNMEDICA» (САНМЕДИКА)
3	Удлинитель (соединитель) дыхательного контура с удлиняющийся (растяжимый) переходником 15 см с двойным вращающимся коннектором, 22М/15F, коннектором 22F, с портом для бронхоскопа	<p>Удлинитель (соединитель) дыхательного контура с удлиняющийся (растяжимый) переходником 15 см с двойным вращающимся коннектором, 22М/15F, коннектором 22F, с портом для бронхоскопа.</p> <p><b>Технические характеристики:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- трубка гофрированная удлиняемая – 15 см</li> <li>- двух поворотный коннектор вращающийся на 360</li> <li>- коннектор для пациента 22М/15F</li> <li>- вентиляционный коннектор 22 F</li> <li>- колпачок синего света</li> </ul> <p>-Удлинитель дыхательного контура 15 см. -Изготовлен из Полипропилена.</p> <p><b>Область применения:</b> Используется как соединитель между дыхательным контуром и трахеальной трубкой для снижения вероятности смещения трубки при движении контура.</p> <p><b>Способ применения:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Если применяете гибкий соединитель в вентиляции дыхания, то подсоедините его к системе через Y образные переходник.</li> <li>2.При использовании гибкого соединителя совместно с бактериальными и НМЕ фильтрами, для соединения используйте 22F или 22М/15F.</li> <li>3. С помощью гибкого соединителя вы можете осуществить соединение маски или интубационной трубки.</li> </ol> <p>Примечание: Не допускайте сгибов и изломов шланга Держатель катетера является продукцией одноразового использования. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 150шт Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления</p>	штука	1000	1286	1 286 000	1012

- ТОО «ФАРМАКС-2» по лоту №2 до истечения окончательного срока предоставил свое ценовое предложение:

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма	ТОО «ФАРМАКС-2»
2	Зонд Шалькова для интубации кишечника	Интубационный зонд Шалькова, длина 2,5-3м (зонд силиконовый для декомпрессии ЖКТ ЗТДСУ №24,30). Размер по согласованию с Заказчиком.	штука	10	21 000	210 000	20 500

## РЕШЕНИЕ:

**На основании главы 9, пункта 100 настоящих Правил №375 от 04 июня 2021 года:**

- ЛОТ №2 состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «ФАРМАКС-2» победителем закупки способом запроса ценовых предложений.
- ЛОТ №3 состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «SM Global.kz» победителем закупки способом запроса ценовых предложений.
- ЛОТ №4 состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «Terraneola Medical Solutions» победителем закупки способом запроса ценовых предложений.
- *ЛОТ №1 признать несостоявшимся из-за отсутствия ценового предложения*

**4. На основании главы 9 пункта 102, 103 настоящих Правил №375 от 04 июня 2021 года, победителю закупа запроса ценовых предложений для заключения Договора предоставить в течение десяти календарных дней документы, подтверждающие соответствие их квалификационным требованиям. В течении 3 (трех) календарных дней с момента предоставления документов при соответствии квалификационных требований заключить Договор с победителем закупок.**

Менеджер отдела государственных закупок

Айткужина Д.М.