Запрос ценовых предложений №3 на медицинские изделия для отделения травматологии

КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области объявляет о начале проведения закупа способом запроса ценовых предложений (далее – ценовой закуп) по закупкам следующих товаров:

Лоты: медицинские изделия

Адрес Заказчика: город Атырау, улица Владимирского, 98;

Товар(ы) должны поставляться в аптеку КГП на ПХВ «Атырауской областной больницы» по адресу: г. Атырау, ул. Владимирского, 98;

График поставок: в течении 20 (двадцати) календарных дней (по заявке Заказчика).

Условия поставок на условиях ИНКОТЕРМС 2010: DDP;

Место представления (приема) документов: г. Атырау, ул. Владимирского, 98, здание КГП на ПХВ «Атырауской областной больницы», кабинет Отдела государственных закупок;

Срок подачи ценовых предложений: с 09 января по 16 января 2024 года до 10:00 часов включительно;

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 16 января 2024 года, в 11:00 часов, в кабинете Отдела по государственным закупкам.

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Шовная пуговица	Шовная пуговица должна быть предназначена для кортикальной фиксации трансплантата при реконструкции крестообразных связок. Должна иметь размеры не более 13*3.4*1.5 мм. Должна иметь фиксирующую петлю регулируемого размера. Петля должна иметь конструкцию, позволяющую производить ее затягивание (уменьшение размера), но предотвращающую распускание (увеличение размера). Петля должна быть изготовлена из нити типа лента, шириной не менее 1.85 мм. Пуговица должна иметь нить для протягивания по каналу, нить для регулировки длины фиксирующей петли и нить для разворота путовицы на кортикале. Должна обеспечивать надежную фиксацию трансплантата. Должна быть изготовлена из титанового сплава. Должна быть предназначена для одноразового применения и поставляться в индивидуальной стерильной упаковке.	ШТ	10	146 329,00	1 463 290,00
2	Шуруп	Шуруп должен быть предназначен для фиксации трансплантата при реконструкции связок. Должен иметь диаметр не более 07 мм, длину не более 30 мм. Должен иметь полную резьбу, шаг резьбы не более 3.99 мм. Должен быть канюлированным, диаметр канала не более 1.78 мм. Должен иметь шлиц в форме звездочки. Должен быть изготовлен из полиэфирэфиркетона. Должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке и быть предназначен для одноразового применения.	ШТ	5	143 391,00	716 955,00

наименованию продукции с основными характеристиками. Итого:						4 081 408,00
5	материал шовный хирургический лентообразный	Материал шовный должен быть предназначен для хирургической операции. Должен иметь ленту в центральной части шириной не менее 2 мм и длиной не менее 178 мм. Общая длина должна быть не более 762 мм. Толщина нити на концах должна быть не толще №2 (USP). Должен быть изготовлен из не рассасывающегося материала. Должен быть плетеный из сверх высокомолекулярного полиэтилена с оболочкой из полиэстера и сверх высокомолекулярного полиэтилена. Должен иметь цветовую маркировку. Материал шовный должен быть предназначен для одноразового использования и поставляться в стерильной упаковке. Упаковка должна состоять из конверта в конверте с индивидуальными пометками по срокам стерильности и	ШТ	12	36 352,00	436 224,00
4	материал шовный хирургический лентообразный	Материал шовный должен быть предназначен для хирургической операции. Должен быть плетеный из сверх высокомолекулярного полиэтилена с оболочкой из полиэстера и сверх высокомолекулярного полиэтилена. Должна быть изготовлена из не рассасывающегося материала. Должна иметь ленту в центральной части шириной не менее 2 мм и длиной не менее 914 мм. Общая длина должна быть не менее 1372 мм. Толщина нити на концах должна быть в не толще №2 (USP). Должен иметь цветовую маркировку. Материал шовный должен быть предназначен для одноразового использования и поставляться в стерильной упаковке.	ШТ	12	62 332,00	747 984,00
3	Шуруп	Шуруп должен быть предназначен для фиксации трансплантата при реконструкции связок. Должен иметь диаметр не более 08 мм, длину не более 30 мм. Должен иметь полную резьбу, шаг резьбы не более 3.99 мм. Должен быть канюлированным, диаметр канала не более 1.78 мм. Должен иметь шлиц в форме звездочки. Должен быть изготовлен из полиэфирэфиркетона. Должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке и быть предназначен для одноразового применения.	шт	5	143 391,00	716 955,00