

Запрос ценовых предложений №10
на медицинские изделия для травматологического отделения

КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области объявляет о начале проведения закупа способом запроса ценовых предложений (далее – ценовой закуп) по закупкам следующих товаров:

Лоты: медицинские изделия

Адрес Заказчика: город Атырау, улица Владимирского, 98;

Товар(ы) должны поставляться в аптеку КГП на ПХВ «Атырауской областной больницы» по адресу: г. Атырау, ул. Владимирского, 98;

График поставок: в течении 20 (двадцати) календарных дней (по заявке Заказчика).

Условия поставок на условиях ИНКОТЕРМС 2020: DDP;

Место представления (приема) документов: г. Атырау, ул. Владимирского, 98, здание КГП на ПХВ «Атырауской областной больницы», кабинет Отдела государственных закупок;

Срок подачи ценовых предложений: с 10 января по 17 января 2025 года до 10:00 часов включительно;

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 17 января 2025 года, в 11:00 часов, в кабинете Отдела по государственным закупкам.

№ лота	Наименование медицинских изделий	Техническая спецификация	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Шовная пуговица	Шовная пуговица должна быть предназначена для кортикальной фиксации трансплантата при реконструкции крестообразных связок. Должна иметь размеры не более 13*3.4*1.5 мм. Должна иметь фиксирующую петлю регулируемого размера. Петля должна иметь конструкцию, позволяющую производить ее затягивание (уменьшение размера), но предотвращающую распускание (увеличение размера). Петля должна быть изготовлена из нити типа лента, шириной не менее 1.85 мм. Пуговица должна иметь нить для протягивания по каналу, нить для регулировки длины фиксирующей петли и нить для разворота пуговицы на кортикале. Должна обеспечивать надежную фиксацию трансплантата. Должна быть изготовлена из титанового сплава. Должна быть предназначена для одноразового применения и поставляться в индивидуальной стерильной упаковке.	шт	10	152 067,00	1 520 670,00
2	Шуруп	Шуруп должен быть предназначен для фиксации трансплантата при реконструкции связок. Должен иметь диаметр не более 07 мм, длину не более 30 мм. Должен иметь полную резьбу, шаг резьбы не более 3.99 мм. Должен быть канюлированным, диаметр канала не более 1.78 мм. Должен	шт	5	149 014,00	745 070,00

		иметь шлиц в форме звездочки. Должен быть изготовлен из полиэфирэфиркетона. Должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке и быть предназначен для одноразового применения.				
3	Шуруп	Шуруп должен быть предназначен для фиксации трансплантата при реконструкции связок. Должен иметь диаметр не более 08 мм, длину не более 30 мм. Должен иметь полную резьбу, шаг резьбы не более 3.99 мм. Должен быть канюлированным, диаметр канала не более 1.78 мм. Должен иметь шлиц в форме звездочки. Должен быть изготовлен из полиэфирэфиркетона. Должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке и быть предназначен для одноразового применения.	шт	5	149 014,00	745 070,00
Итого:						3 010 810,00